

## 产品说明书 Product Manual

### 【产品名称】

通用名称：血平板

英文名称：Blood Agar Plate

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
024070	成品平板	90mm×20 个/盒

### 【产品用途】

用于营养要求较高的细菌的培养及溶血试验。

### 【检验原理】

酪蛋白胰酶消化物、心胰酶消化物、肉胃酶消化物、酵母浸出粉、可溶性淀粉提供碳氮源、维生素和生长因子；羊血是细菌生长繁殖的良好营养物质。在 45 ~ 50°C 的基础培养基中加入血液可以保存血液中某些不耐热的生长因子，同时血球不被破坏。

### 【配方成分】

配方（每升）	含量
酪蛋白胰酶消化物	10.0g
心胰酶消化物	3.0g
玉米淀粉	1.0g
肉胃酶消化物	5.0g
酵母浸出粉	5.0g
氯化钠	5.0g
琼脂	15.0g
无菌脱纤维羊血	50-100mL
蒸馏水	1000mL
最终 pH	7.3±0.2

### 【使用方法】

拆开包装即可使用。

### 【质量控制】

下列质控菌株接种后于 35 ~ 37°C 培养 24h，观察结果如下表：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 ATCC25922	PR≥0.8	—
	金黄色葡萄球菌 ATCC6538		菌落周围有β溶血环
	乙型溶血性链球菌 ATCC21059		菌落周围有β溶血环
	肺炎链球菌 CMCC (B) 31001		菌落周围有α溶血环
特异性	单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC19115	点种法	菌落周围有窄小β溶血环

### 【储存条件与保质期】

2-8°C，避光保存，保质期见产品标签。

### 【注意事项】

- 1、一次性平板培养基置于冰箱冷藏保存需与存放容器冷凝管保持一定距离以避免冻损坏。产品多次在低温与常温之间变更会引起琼脂的泌水，属于正常现象。使用前应平衡至室温且尽量在无菌干燥箱中预干燥。
- 2、质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

**【废物处理】**

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

**【执行标准】**

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

**【说明版本】**

2019 年 11 月 15 日

**【参考文献】**

GB 15979-2002 中华人民共和国国家标准 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 4789.30 - 2016 中华人民共和国国家标准 食品卫生微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验

GB/T 4789.10 - 2016 中华人民共和国国家标准 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验